

ENSATEC, S.L. (Unipersonal)

Dirección: Polígono Lentiscales, Avda. Lentiscales, 4 y 6. 26370 Navarrete (La Rioja)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17065:2012**

Actividad: **Certificación de Producto**

Acreditación nº: **180/C-PR450**

Fecha de entrada en vigor: 23/12/2022

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 4 fecha 02/05/2025)

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO: FASE DE COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Requisitos adicionales: **CGA-ENAC-OCML**

INSTRUMENTOS DESTINADOS A MEDIR EL CONTENIDO EN AZÚCAR DEL MOSTO DE UVA, DE LOS MOSTOS CONCENTRADOS Y DE LOS MOSTOS CONCENTRADOS RECTIFICADOS

Refractómetros

(0,0 – 31,0) °Brix

(1,333 – 1,383) nD

(0,0 – 19,0) % vol AP (16,83 g/l)

DOCUMENTO REGLAMENTARIO

Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

Real Decreto 249/2025, de 25 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

Orden ITU/1475/2024, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida. Anexo XVI.

TIPO DE EVALUACIÓN

Módulo F: Conformidad con el tipo basada en la verificación del producto, excepto muestreo.